



CLED Andrade Agar

Differential medium for detection of urinary pathogens.

INTENDED PURPOSE

Differential medium for the isolation and the total bacterial count in urine. This medium is intended as an aid in the diagnosis, requiring further tests to complete the diagnostic results.

DESCRIPTION

CLED (Cysteine-, Lactose-, Electrolyte-Deficient) Agar is a medium for urine culture supporting the growth of urinary microorganisms and providing good colony differentiation while the swarming of *Proteus* is inhibited. The medium was further modified by Bevis by incorporation of Andrade's indicator, which along with bromothymol blue allow for the differentiation of lactose fermenters from non-fermenters. CLED Andrade Agar supports the growth of all potential urinary pathogens giving good colony differentiation.

TYPICAL FORMULA*

(g/litre)

Beef Extract	3.0
Peptone	4.0
Tryptone	3.0
L-Cystine	0.128
Lactose	10.0
Bromothymol Blue	0.02
Agar	15.0
Andrade's indicator	0.1

Final pH 7.5 ± 0.2 at 25°C

*Adjusted and/or supplemented as required to meet performance specifications.

METHOD PRINCIPLE

Peptone, tryptone, beef extract provides amino acids, nitrogen, carbon, vitamins and minerals required for organisms growth. Lactose is the fermentable carbohydrate. L-cystine is a growth supplement for cystine-dependent organisms. Bromothymol blue is the pH indicator changing color from green to yellow when lactose fermentation lowers the pH. Agar is the solidifying agent. Lack of electrolytes suppresses the swarming of *Proteus* and *Shigella* species. Andrade's indicator (acid fuchsin in 1N sodium hydroxide) enhances the appearance of colonies and aids in the identification of microorganisms.

PREPARATION

Dehydrated medium

Suspend 36.2 g of the powder in 1 liter of distilled or deionized water. Mix well. Heat to boil shaking frequently until completely dissolved. Sterilize in autoclave at 121°C for 15 minutes.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Standard microbiological supplies and equipment such as: Autoclave, sterile Petri plates, test tubes, inoculating loops, swabs, incubator, quality control organisms.

SPECIMENS

Urine specimens should be sampled before antimicrobial therapy (where possible) and examined as soon as possible after collection. Good laboratory practices for collection, transport and storage of clinical specimens should be applied. Refer to specific guidelines for more information about specimen collection and preparation.

TEST PROCEDURE

Urine must be directly streaked over the agar surface no later than 2 h after collection or must be kept at 2-8°C (not longer than 24 h) to avoid microbial overgrowth.

Use a calibrated loop (1 µl, 2 µl or 10 µl) to inoculate the medium with the undiluted, well-mixed urine sample.

Incubate aerobically at 35 ± 2 °C for 18-24 h. For more details, consult appropriate guidance.

INTERPRETING RESULTS

After incubation, count the number of colonies on the plate.

If a 1 µl loop is used, one colony equals 1000 CFU/ml (i.e., 1×10^6 CFU/litre). Using a 10 µl loop each colony corresponds to 100 CFU/ml of urine.

Observe the color and the morphology of the colonies for presumptive identification according to the following table.

Microorganism	Typical Colony
<i>Escherichia coli</i>	Red
<i>Klebsiella, Enterobacter</i>	Pink
<i>Proteus</i>	Colorless to gray-blue colonies
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Colorless to gray-blue colonies
<i>Enterococcus</i>	Red
<i>Staphylococcus aureus</i>	Red

Note: Further testing should be conducted to confirm the presumptive identification of organisms isolated on this medium.

STORAGE

The powder is very hygroscopic, store the powder at 10-30°C, in a dry environment, in its original container tightly closed. Store prepared plates at 10-25°C away from light. Do not use the product beyond its expiry date on the label or if product shows any evidence of contamination or any sign of deterioration.

SHELF LIFE

Dehydrated medium: 4 years.

Ready-to-use plates: 6 months.

QUALITY CONTROL

Appearance of Dehydrated Medium: Homogeneous, light, green.

Appearance of Prepared Medium: Slightly opalescent, green to blue-green.

Expected Cultural Response:

Control strain	Inoculum	Incubation	Criteria	Specification
<i>Escherichia coli</i>	ATCC®25922	50-100 CFU	18-24 h / 35 ± 2°C	Red colonies
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC®13883			Pink colonies
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC®27853			Colorless to gray-blue colonies
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC®25923			Red colonies
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC®19433			Red colonies
<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC®25933			Colorless to gray-blue colonies

A productivity ratio (P_R) of 0.7 is equivalent to a recovery rate of 70%.

Please refer to the actual batch related Certificate of Analysis (CoA).

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Performance testing of CLED Andrade Agar was carried out using the QC strains listed above. The results obtained met the established criteria.

LIMITATIONS

Invalid results can be caused by poor specimen quality, improper sample collection, improper transportation, improper laboratory processing, or a limitation of the testing technology. The operator should understand the principles of the procedures, including its performance limitations, in advance of operation to avoid potential mistakes.

Due to nutritional variation, some strains may result in poor growth or fail to grow on this medium.

Observe aseptic techniques for urine specimen collection. Urine must be streaked directly onto the ground no later than 2 hours after harvesting or must be stored in the refrigerator (no longer than 24 hours) to avoid excessive growth of infectious agents or any contamination before inoculation of the medium.

CLED Andrade Agar is intended as an aid in the diagnosis of infectious diseases, requiring further tests to complete the diagnostic results. All identification tests should ideally be performed from non-selective agar.

The medium should not be incubated for longer than 24 hours; if lactose fermenters are present, the entire plate may turn pink masking the presence of lactose non-fermenters.

WARNING AND PRECAUTIONS

- 1) **For *in vitro* diagnostic use (IVD).**
- 2) **For laboratory professional use only.**
- 3) Operators must be trained and have certain experience. Please read the instructions carefully before using the product. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions in this document.
- 4) Consult the Safety Data Sheet (SDS) for information regarding hazards and safe handling practices.
- 5) Do not use if the product or packaging appears to be damaged.
- 6) Follow standard precautions. All patient specimens should be considered potentially infectious and handled accordingly.
- 7) Handle all specimens as if infectious using safe laboratory procedures. Dispose of hazardous or biologically contaminated materials according to the practices of your institution.
- 8) Avoid cross-contamination of samples by using disposable tips and changing them after each sample.
- 9) Do not mix reagents of different batches. Please use the product within the validity period.
- 10) Do not eat, drink, smoke, apply cosmetics or handle contact lenses in areas where reagents and human specimens are handled
- 11) Results should be interpreted by a trained professional in conjunction with the patient's history and clinical signs and symptoms, and epidemiological risk factors.
- 12) Ensure laboratory equipment is calibrated and maintained in accordance with the laboratory's procedure.
- 13) When test results are transmitted from the laboratory to an informatics centre, attention has to be done to avoid erroneous data transfer.

DISPOSAL OF WASTE

Disposal of waste must be carried out according to national and local regulations in force.

BIBLIOGRAPHY

See the references at the end of this document.

TABLE OF SYMBOLS

See the table of symbols at the end of this document.

The product is available in the various configurations listed below. There may be additional product ref. numbers as well. For an updated listing of available products, visit liofilchem.com

Product	Format	Packaging	Ref.
CLED Andrade Agar	Plate 90 mm	20 plates	10004
	Dehydrated media	100 g	620112
		500 g	610112

Revision History

Revision	Release Date	Change Summary
0	2023-11-08	Updated layout and content in compliance with IVDR 2017/746, version reset to revision 0

This IFU document and the SDS are available from the online Support Center:

liofilchem.com/ifu-sds



Istruzioni per l'uso
ITALIANO

CLED Andrade Agar

Terreno differenziale per la rilevazione di agenti patogeni urinari

USO PREVISTO

Terreno differenziale per l'isolamento e la conta batterica totale nelle urine. Il terreno è inteso come ausilio alla diagnosi, e sono necessari ulteriori test per completare i risultati diagnostici.

DESCRIZIONE

CLED (Cysteine-, Lactose-, Electrolyte-Deficient) Agar è un terreno per l'urinocoltura che supporta la crescita di microrganismi urinari e fornisce una buona differenziazione delle colonie mentre viene inibita la sciamatura di *Proteus*. Il terreno è stato ulteriormente modificato da Bevis incorporando l'indicatore di Andrade, che insieme al blu di bromotimolo consente la differenziazione dei fermentanti il lattosio da quelli non fermentanti. CLED Andrade Agar supporta la crescita di tutti i potenziali patogeni urinari garantendo una buona differenziazione delle colonie.

FORMULA TIPICA*

(g/litro)

Estratto di Manzo	3.0
Peptone	4.0
Triptone	4.0
L-Cistina	0.128
Lattosio	10.0
Blu di Bromotimolo	0.02
Agar	15.0
Indicatore Andrade	0.1
pH Finale 7.3 ± 0.2 a 25°C	

*Adattata e/o integrata per soddisfare le specifiche di performance richieste.

PRINCIPIO DEL METODO

Peptone, Triptone ed Estratto di Manzo forniscono aminoacidi, azoto, carbonio, vitamine e minerali necessari per la crescita degli organismi. Il lattosio è il carboidrato fermentabile. La L-cistina è un integratore per la crescita degli organismi dipendenti dalla cistina. Il blu di bromotimolo è l'indicatore di pH che cambia colore dal verde al giallo quando la fermentazione del lattosio abbassa il pH. L'agar è l'agente solidificante. La mancanza di elettroliti sopprime la sciamatura delle specie *Proteus* e *Shigella*. L'indicatore di Andrade (fucsina acida in idrossido di sodio 1N) migliora l'aspetto delle colonie e aiuta nell'identificazione dei microrganismi.

PREPARAZIONE

Terreno disidratato

Sospendere 36,2 g di polvere in 1 litro di acqua distillata. Mescolare bene. Portare ad ebollizione agitando spesso fino a completo scioglimento. Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti.

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI

Forniture e apparecchiature microbiologiche standard come: autoclave, piastre Petri sterili, provette, anse da inoculo, tamponi, incubatore, microrganismi per il controllo qualità.

CAMPIONI CLINICI

I campioni di urina devono essere prelevati prima della terapia antimicrobica (ove possibile) ed esaminati il prima possibile dopo la raccolta. Dovrebbero essere applicate buone pratiche di laboratorio per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei campioni clinici.

Fare riferimento alle linee guida specifiche per maggiori informazioni sulla raccolta e la preparazione dei campioni.

PROCEDURA DEL TEST

L'urina deve essere strisciata direttamente sulla superficie dell'agar entro e non oltre 2 ore dalla raccolta o deve essere conservata a 2-8°C (non più di 24 ore) per evitare la proliferazione microbica.

Utilizzare un'ansa calibrata (1 µl, 2 µl o 10 µl) per inoculare il terreno con il campione di urina non diluito e ben miscelato.

Incubare in aerobiosi a $35 \pm 2^\circ\text{C}$ per 18-24 h.

Per maggiori dettagli consultare le indicazioni appropriate.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Dopo l'incubazione, contare le colonie sulla piastra.

Se si utilizza un'ansa da 1 µl, una colonia equivale a 1.000 CFU/ml (ovvero, 1×10^6 CFU/litro). Utilizzando un'ansa da 10 µl ogni colonia corrisponde a 100 CFU/ml di urina.

Osservare il colore e la morfologia delle colonie per l'identificazione presuntiva in accordo alla seguente tabella.

Microorganismo	Colonia Tipica
<i>Escherichia coli</i>	Rossa
<i>Klebsiella, Enterobacter</i>	Rosa
<i>Proteus</i>	Da incolori a grigio-blu
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Da incolori a grigio-blu
<i>Enterococcus</i>	Rossa
<i>Staphylococcus aureus</i>	Rossa

Nota: Sono necessari ulteriori test per confermare l'identificazione presunta dei microrganismi isolati su questo terreno.

CONSERVAZIONE

La polvere è fortemente igroscopica, conservare la polvere a 10-30 °C, in un ambiente asciutto, nel suo contenitore originale ben chiuso. Conservare i flaconi e le piastre preparate a 10-25°C al riparo dalla luce. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata in etichetta o se il prodotto presenta segni di contaminazione o di deterioramento.

VALIDITÀ

Terreno disidratato: 4 anni.

Terreno in flaconi: 2 anni.

Piastre pronte all'uso: 6 mesi.

CONTROLLO QUALITÀ

Aspetto del terreno disidratato: Granulometria fine, omogeneo, beige chiaro.

Aspetto del terreno preparato: Leggermente opalescente, da verde a blu-verde.

Risultati Attesi dei Test Culturali:

Ceppi di controllo	Inoculo	Incubazione	Criteri	Specification
<i>Escherichia coli</i>	ATCC®25922	50-100 UFC	Buona crescita (P _R ≥ 0.7)	Colonie rosse
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC®13883			Colonie rosa
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC®27853			Colonie da incolori a grigio-blu
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC®25923			Colonie rosse
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC®19433			Colonie rosse
<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC®25933			Colonie da incolori a grigio-blu

Un rapporto di produttività (P_R) di 0.7 è equivalente ad un tasso di recupero del 70%.

Fare riferimento al certificato di analisi (CoA) relativo al lotto effettivo.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

I test di performance per CLED Andrade Agar sono stati effettuati utilizzando i ceppi CQ sopra elencati. I risultati ottenuti hanno soddisfatto i criteri stabiliti.

LIMITAZIONI

Risultati non validi possono essere causati da una scarsa qualità del campione, da una raccolta impropria del campione, da un trasporto improprio, da un processamento improprio in laboratorio o da una limitazione della tecnologia di analisi. L'operatore deve comprendere i principi delle procedure, compresi i limiti nelle prestazioni, prima delle singole operazioni per evitare potenziali errori.

A causa delle variazioni nutrizionali, alcuni ceppi potrebbero presentare una crescita scarsa o non riuscire a crescere su questo terreno.

Osservare le tecniche asettiche per la raccolta dei campioni di urina. L'urina deve essere seminata direttamente sul terreno entro e non oltre 2 ore dalla raccolta o deve essere conservata in frigorifero (non più di 24 ore) per evitare un'eccessiva crescita di agenti infettivi o qualsiasi contaminazione prima dell'inoculazione del terreno. CLED Andrade Agar è inteso come ausilio nella diagnosi di malattie infettive, che richiedono ulteriori test per completare i risultati diagnostici. Tutti i test di identificazione dovrebbero idealmente essere eseguiti su agar non selettivo.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- 1) **Per uso diagnostico in vitro (IVD).**
- 2) **Solo per uso professionale di laboratorio.**
- 3) Gli operatori devono essere formati e avere una certa esperienza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. L'affidabilità dei risultati del test non può essere garantita in caso di deviazioni dalle istruzioni contenute in questo documento.
- 4) Consultare la scheda di sicurezza (SDS) per informazioni sui pericoli e sulle pratiche di manipolazione sicure.
- 5) Non utilizzare se il prodotto o la confezione sembrano danneggiati.
- 6) Seguire le precauzioni standard. Tutti i campioni dei pazienti devono essere considerati potenzialmente infetti e maneggiati di conseguenza.
- 7) Maneggiare tutti i campioni come infetti utilizzando procedure di laboratorio sicure. Smaltire materiali pericolosi o biologicamente contaminati secondo le pratiche del proprio istituto.
- 8) Evitare la contaminazione incrociata dei campioni utilizzando puntali monouso e sostituendole dopo ogni campione.
- 9) Non mescolare reagenti di lotti diversi. Si prega di utilizzare il prodotto entro il periodo di validità.
- 10) Non mangiare, bere, fumare, applicare cosmetici o maneggiare lenti a contatto nelle aree in cui vengono manipolati reagenti e campioni umani.
- 11) I risultati devono essere interpretati da un professionista qualificato insieme alla storia del paziente, ai segni e sintomi clinici e ai fattori di rischio epidemiologici.
- 12) Assicurarsi che le apparecchiature di laboratorio siano calibrate e mantenute in conformità con la procedura del laboratorio.
- 13) Quando i risultati dei test vengono trasmessi dal laboratorio a un centro informatico, è necessario prestare attenzione per evitare trasferimenti di dati errati.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali e locali in vigore.

BIBLIOGRAFIA

Vedere i riferimenti alla fine di questo documento.

TABELLA DEI SIMBOLI

Vedere la tabella dei simboli alla fine di questo documento.

Il prodotto è disponibile in diverse configurazioni. Vedere l'elenco nella lingua inglese.

Questo documento IFU e la SDS sono disponibili dal Support Center online:

lioofilchem.com/ifu-sds

References / Riferimenti

1. Public Health England 2019 UK SMI B 41 (issue 8.7): investigation of urine.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/770688/B_41i8.7.pdf
2. EN ISO 11133:2014+Amd1:2018+Amd2:2020. Microbiology of food, animal feed and water – Preparation, production, storage and performance testing of culture media.
3. CLSI 2004 Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard -Third Edition. CLSI document M22-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute.
4. Mackey J.P. and G.H. Sandys (1966) Diagnosis of urinary tract infections. Br. Med. J. 1:1173.
5. Sandys G.H. (1960) A new method for preventing swarming of *Proteus* spp with a description of a new medium suitable for use in routine laboratory practice. J. Med. Lab. Technol. 17:224.

Table of Symbols / Tabella dei Simboli

LOT	Batch code / Codice lotto
REF	Catalogue number / Numero di catalogo
IVD	<i>In Vitro</i> Diagnostic Medical Device / Dispositivo Medico Diagnostico <i>in vitro</i>
	Manufacturer / Fabbricante
	Use by / Utilizzare entro
	Fragile, handle with care / Fragile, maneggiare con cura
	Temperature limitation / Limiti di temperatura
	Contains sufficient for <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> saggi
	Consult instructions for use / Consultare le istruzioni per l'uso
	Do not reuse / Non riutilizzare
	Keep away from sunlight / Tenere al riparo dalla luce solare



Liofilchem® s.r.l.

Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italy
Tel. +39 0858930745 Fax +39 0858930330 www.liofilchem.com lioofilchem@lioofilchem.com

